

Príloha k rozhodnutiu č. 785/10027/2022/1 a k Osvedčeniu o akreditácii č. K-154 zo dňa 15.06.2022.

Príloha je neoddeliteľnou súčasťou
uvedeného osvedčenia

Rozsah akreditácie

Názov akreditovaného subjektu: **BRUTO, spol. s r.o.**
Nová Trnavská 913, 926 01 Sered'
Kalibračné laboratórium
Niklova ul. 4434, Sered'

Laboratórium s fixným rozsahom akreditácie.

Položka	Druh meradla, meracieho prostriedku	Merací rozsah	Rozšírená neistota U ($k=2$)	Zavedené metódy		Ostatné špecifikácie
				Druh/Princíp	Označenie	
1.	Váhy s neautomatickou činnosťou	<u>I. trieda presnosti</u> do 500g	$5,77 \cdot 10^{-6}g + 1,96 \cdot 10^{-6}.m$	Priame porovnanie s etalónovým závažím	PP-01 EURAMET cg 18	Kalibrácia na mieste u zákazníka
		do 1100g	$5,77 \cdot 10^{-6}g + 2,10 \cdot 10^{-6}.m$			
		<u>II. trieda presnosti</u> do 6 kg	$0,057g + 5,31 \cdot 10^{-6}.m$			Kalibrácia v kalibračnom laboratóriu a na mieste u zákazníka
		do 30 kg	$0,28g + 6,28 \cdot 10^{-6}.m$			
		do 60 kg	$0,58g + 8,13 \cdot 10^{-6}.m$			
		<u>III. trieda presnosti</u> do 500 kg	$28,86g + 4,41 \cdot 10^{-5}.m$			Kalibrácia v kalibračnom laboratóriu a na mieste u zákazníka
		do 1500 kg	$115,47g + 8,44 \cdot 10^{-5}.m$			
		do 6000 kg	$577,35g + 8,46 \cdot 10^{-5}.m$			
		do 12000 kg	$1157,70g + 8,46 \cdot 10^{-5}.m$			
		<u>IV. trieda presnosti</u> do 1500 kg	$1154,70g + 3,25 \cdot 10^{-4}.m$			
		do 6000 kg	$5773,50g + 4,04 \cdot 10^{-4}.m$			
		do 12000 kg	$11547g + 4,04 \cdot 10^{-4}.m$			

POZNÁMKY: m – meraná hmotnosť
PP – Pracovný postup
